



Општа болница „Студеница“  
Краљево

Број : 12-23/15-11

Датум : 28.12.2015.

---

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

Дана 24.11.2015. године наручилац је објавио позив за подношење понуда као и конкурсну документацију за јавну набавку добра – материјал за трансфузију, ЈН број 12 – 23/15.

У наведеној документацији мења се следеће:

**прилог број 5.1 – Образац понуде**

У делу текста Напомене за партију 1 после текста: Потребно је доставити оригинални каталог произвођача са болдираним техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији додаје се текст: из кога се види да се могу издвајати Тромбоцити из PRP i BC

У прилогу број. 8 - Техничке спецификације – биће извршене исте измене наведене као и у прилогу 5.1 конкурсне документације.

Сходно члану 63, став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши горе поменути измену конкурсне документације коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници.



Наташа Мандрић, одсека комерцијале  
за јавних набавки

Мандрић Наташа, дипл. еци

**ОБРАЗЛОЖЊЕ****Партија 1 – Кесе за узимање крви**

Р.б.	Назив добара	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Укупно (кол. х јед.цена)	Комерцијални назив	Произвођач
1.	Двоструке кесе за узимање крви 350 ml СРДА-1 са кесicom за uzorak	ком.	300				
2.	Џетвороструке кесе 450 ml СРД/САGM за Buffy Coat са кесicom за uzorak	ком	3200				
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ЦДВ							
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %							

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ЦДВ СА ПОПУСТОМ

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

**Напомене за партију 1: \***

- Кесе морају имати:
  - Повратни штитник за иглу
  - Припадајућу вакум спрувету и адаптер за вакум спрувету
  - Главна кеса мора да има два порта (улаза)
  - Игла за пункцију даваоца мора бити силиконизирана
  - Квалитет пластике који омогућава чување тромбоцита 5 дана (да пише на кеси за тромбоците)
  - Потребно је доставити узорке за сваки вид понуђених кеса.
  - Потребно је доставити оригинални каталог произвођача са болдераним техничким карактеристика наведеним у конкурсној документацији из кој се види да се могу издвајати Тромбоцити из РРР 1ВС

**ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ****Партија 1 – Кесе за узимање крви**

Р. б.	Назив добра	Јед. мере	Комерцијални назив	Произвођач	Број Решења АЛИМС	Датум издавања Решења	Датум истека Решења
1.	Dvostruke kese za uzimanje krvi 350 ml CPDA-1 sa kesicom za uzorak	kom.					
2.	Četvorostruke kese 450 ml CPD/SAGM za Buffy Coat sa kesicom za uzorak	kom.					

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

**НАПОМЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1:**

## 2. Кесе морају имати:

- Повратни штитник за иглу
- Припадајућу вакум спрувету и адаптер за вакум спрувету
- Главна кеса мора да има два порта (улаза)
- Игла за пункцију даваоца мора бити силиконизирана
- Квалитет пластике који омогућава чување тромбоцита 5 дана (да пише на кеси за тромбоците)
- Потребно је доставити узорке за сваки вид понуђених кеса.

Потребно је доставити оригинални каталог произвођача са болдираним техничким карактеристика наведеним у конкурсној документацији из ког се види да се могу издвајати Тромбоцити из PRP I BC.

**Партија 2 – Елиса тестови за трансмисивне болести за аутоматску обраду на апарату Evolis**

Р. б.	Назив добра	Јед. мере	Комерцијални назив	Произвођач	Број Решења АЛИМС	Датум издавања Решења	Датум истека Решења
1.	HCV Ag-Ab	kom.					
2.	ELISA test za sifilis	kom.					
3.	HbsAg test	kom.					
4.	HIV Ag-Ab test	kom.					
5.	Nastavci za automatski analizator EVOLIS za reagense 1100 mikrolitara						
6.	Nastavci za automatski analizator EVOLIS za reagense a 300 mikrolitara						

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

**Напомене за партију 2:**