



Општа болница „Студеница“  
Краљево

Датум : 02.11.2016.  
Број : 12-16/16-2

---

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 31.10.2016. године електронским путем потенцијални понуђач је упутио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 3770/31.10.2016.

Питање:

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku broj 12-16/16 za partiju 7 - Vakutajneri:

1. CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standard H1-A5 nalaže da proizvodi koji čine komplet za uzorkovanje venske krvi budu od istog proizvođača obzirom da proizvodi različitih proizvođača mogu uzrokovati stvaranje hemolize zbog koje se pacijentu ne mogu odraditi sve tražene analize, zatim prevremeni gubitak vakuuma u epruveti zbog čega se dobija nedovoljna količina uzorka krvi i nepravilan odnos krvi i antikoagulansa (u epruveti) koji negativno utiče na kvalitet dobijenih rezultata i pojavu nemogućnosti da se igla čvrsto zašrafi za holder, te njenog „ispadanja“ iz holdera i na kraju potrebe da se pacijentu izvrši ponovno uzorkovanje krvi.

U prilogu Vam dostavljamo Stranicu 3 An NCCLS national consensus standard. Prevod stava 5 – Sistemska specifikacija, stava 5.1 – Kompatibilnost glasi:

Odgovornost je proizvođača epruveta da obezbedi da komponente njihovog sistema za uzorkovanje krvi su kompatibilni (npr. epruvete, holder, igle, sredstva za zaštitu igala). Mešanje komponenata od različitih proizvođača mogu uzrokovati problem (uključujući hemolizu, ispadanje igle iz holdera, nepovlačenje dovoljne količine krvi.) U napomeni za partiju 7 naveli ste da je ponuđač u obavezi da isporuči na korišćenje

aparat za očitavanje brzine sedimentacije kapaciteta 100 mesta. Imajući u vidu napred navedeno kao i Vaše tumačenje da bi bilo poželjno da tražena dobra budu od istog proizvođača, molimo Vas da se na osnovu napred navedenog jasno i nedvosmisleno izjasnite da li igle, holder, vakum epruvete za sedimentaciju i

automatski aparat za očitavanje brzine sedimentacije treba da budu od istog proizvođača.

Одговор наручиоца гласи:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и продужити рок за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку

