



Датум : 04.01.2017.
Број : 12-22/16-1

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Електронским путем потенцијални понуђач је упутио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 4495/30.12.2016..год.

Питање:

1. *Naručilac je kao predmet javne nabavke ,partija 9,odredio Koncentrati dijalizni, kiseli sa ili bez glukoze finalne koncentracije Na 138-140 mmol/lit i opsega konc. Ca 1,25 – 1,75 mmol/l*

Molimo Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije, odnosno za odgovor na pitanje da li potencijalni ponuđači treba da dostave ponudu koja obuhvata sve koncentracije Ca u zahtevanom opsegu (1,25; 1,50; 1,75 mmol/lit).

Budući da je *Naručilac* konkursnom dokumentacijom predvideo da ponuđači moraju ispuniti dodatni uslov koji se ogleda u tome da se ponudena dobra moraju uklapati u važeće standarde definisane Pravilnikom o standardima materijala za dijalize koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te kako navedeni Pravilnik predviđa upravo ovaj raspon (1,25 – 1,75 mmol/l) iz sadržine konkursne dokumentacije se može zaključiti da je namera *Naručioca* bila upravo da dobije ponude za predmetna dobra u sve tri predviđene koncentracije.

Molimo Vas za odgovor na gore navedeno pitanje, te za preciziranje konkursne dokumentacije, a kako bi bili u prilici da izradimo ispravnu ponudu.

2. *Naručilac je ,za partiju 9, kao jedinicu mere naveo litar.*

Pravilnik o standardima materijala za dijalize koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao materijal potreban za jednu dijalizu, predviđa 5 litara koncentrata dijaliznog, kiselog, sa ili bez glukoze finalne koncentracije Na 138 -140 mmol/l i opsega koncentracije Ca 1,25 – 1,75 mmol, koji je predmet ove javne nabavke.

Budući da je konkursnom dokumentacijom predviđeno da se ponudena dobra moraju uklapati u standarde definisana navedenim Pravilnikom, molimo Vas da nam odgovorite koju veličinu pakovanja predmeta javne nabavke ponuđači treba da ponude, da li pakovanje od 5 litara ili pakovanje od 10 litara.

S obzirom na količinu predmeta javne nabavke predviđenu gore navedenim Pravilnikom, navedene veličine od 5 ili 10 litara bi bile i jedine primenjive količine budući da su sa Pravilnikom određenim količinama potrebnim za jednu dijalizu deljivi bez ostatka.

Molimo Vas za odgovor na postavljeno pitanje, odnosno za preciziranje konkursne dokumentacije.

Одговор наручиоца гласи:

1. Наручилац остаје при условима датим у конкурсној документацији. Како су потребе Наручиоца такве да се не могу унапред дефинисати концентracије раствора обзиром да се патологија пацијената на дијализи мења у току године, Наручилац је навео укупну количину потребних раствора уз обавезу понуђача да поменуте концентracије испоручује по захтеву Наручиоца.
2. Наручилац остаје при условима датим у конкурсној документацији. Наручилац је навео јединицу мере литар и понуђачи цену исказују по јединици мере. Величину паковања предмета јавне набавке понуђачи могу понудити од 5 литара или 10 литара у зависности од паковања са којим располажу.



Комисија за јавну набавку