



Општа болница „Студеница“  
Краљево

Датум : 04.01.2017.  
Број : 12-24/16-3

---

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Електронским путем потенцијални понуђач је упутио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 4490/29.12.2016.

Питање:

1. Molimo Naručioca da izvrši izmenu partije 19, i da stavku 4 u partiji - Set za dijalizu dvolumenski, po Seldingeru, 12FR\* dužine 16cm, 20cm, izdvoji kao zasebnu partiju, s obzirom da specifikacija partije 19 ostavlja mogućnost samo jednom ili možda nijednom ponuđaču da ponudi sve stavke iz partije.
2. Molimo Naručioca da izvrši izmenu partije 24 i da stavku 1 u partiji - Centralni venski poliuretanski kateter sa dva lumena ,dužine 20 i 30 cm,zatvarači katetera sa integrisanim valvulama za sprečavanje povratka krvi,sa V iglom iz jednog dela,vodičem sa J vrhom,dilatatorom,ekg kablom ,skalperom i špricem,protok 7F, kako bi se obezbedila veća konkurentnost među ponuđačima i Naručilac dobio najpovoljniju ponudu za ove stavke.

Одговор наручиоца гласи:

1. Наручилац остаје при техничким условима датим у конкурсној документацији. Добра су селектирана по потребама наручиоца и потрошном месту службе за интезивну негу. Наручилац има сазнања да постоји више понуђача да понуде тражена добра у партији 19.
2. Опис дат у техничкој спецификацији урађен је на основу наших реалних потреба и искуства. Потребни су нам катетери који имају сигурносне валвуле на сваком лумену јер оне спречавају улазак ваздуха у лумен и спречавају настанак ваздушне емболије. V игла омогућава кориснику брже и лакше пласирање жице водича кроз други крак игле без потребе да се одваја сприц. Остали тражени делови сета су неопходни за пласирање катетера. Екг кабл користимо за проверу позиције катетера а како имамао адаптер преко кога се кабл повезује са монитором ,ову опцију користимо да се осигурамо да је катетер на правом месту. Због свега наведеног остајемо при техничком опису датом у тендерској документацији



Комисија за јавну набавку