



Број : 12 – 25/15 – 3
Датум : 17.12.2015.

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Електронским путем потенцијални понуђачи, упутили су наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима:

- заводни број наручиоца 3966 од 15.12.2015.године
- заводни број наручиоца 4002, од 16.12.2015.године

1. U Prilogu broj 5.1 – strana 29/60, Dijalizni materijal I, Partija br.17 –igle za dijalizu 14G, 15G, 16G, 17G, Naručilac je naveo ukupnu količinu dobara za predmetnu partiju. Polazeći od činjenice da naručilac ima preciznije podatke o portrošnji igala po njihovim dimenzijama (14G, 15G, 16G, 17G) a u cilju izbegavanja da potencijalni ponuđači moraju da imaju na lageru ukupnu količinu iz Partije br.17 za svaku od traženih dimenzija, postavljamo vam sledeće:

Pitanje:

Da li će Naručilac izvršiti izmenu konkursne dokumentacije dodavanjem procenjenih količina za svaku od predviđenih dimenzija igala za hemodijalizu ili procentualnu procenu o potrebama za iglama 14G, 15G, 16G i 17G?

2. Pitanje br.2.1:

Molim Vas da nam pojasnite koji dokaz tražite da dobro ponuđeno u partiji 15 - Dijalizne tečnosti I, odgovara tehničkim karakteristikama definisanim u Konkursnoj dokumentaciji za JN br. 12 - 25/15.

Pitanje br. 2.2:

Naziv dobra definisanog u Partiji 15 - Dijalizne tečnosti I, „NaCl rastvor za infuziju 0,9% 9gr. po litru (0,9%) za 1 lit. za primenu i završetak dijaliznog tretmana“, KD za JN br. 12 - 25/15, nije u skladu sa Pravilnikom o standardima materijala za dijalize koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni Glasnik RS“ br. 88/12, 41/13, 36/14 i 37/14, u daljem tekstu Pravilnik). **S tim u vezi, molim vas da naziv dobra koje ste definisali u Partiji 15 uskladite sa navedenim važećim Pravilnikom**, tako da glasi „ Fiziološki rastvor, 0,9% NaCl za pripremu i završetak HD tretmana sa odgovarajućim sistemom za infuziju.“

Одговор наручиоца гласи:

1. Наручилац остаје у свему према захтевима из конкурсне документације. Наведене игле представљају укупан број игала потребних наручиоцу без могућности да унапред утврди дужине игала јер не може знати структуру пацијената који ће се дијализирати у 2016.
2. 2.1 Наручилац је у својој документацији тражио да понуђач достави Решење АЛИМС-а о регистрацији поменутог добра и уз исти доставља Атест.



Здравствени центар „СТУДЕНИЦА“
улица Југ Богданова 110
36000 Краљево
Шифра делатности 8610
Матични број 07191219
ПИБ 101958225

Текући рачун
840-263661-83
840-263667-65

Секретариша: 381(036) 301 - 905
Факс: 381(036) 333 - 199

Комерцијална служба
Начелник: 381(036) 301 – 930
Јавне набавке: 381(036) 301 – 937