



Општа болница „Студеница“
Краљево

Број : 12-25-17-3
Датум : 10.01.2018

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 09.01.2018. године електронским путем у потенцијални понуђач упутио је наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 195 за јавну набавку 12-25-17:

У вези ЈН бр. 12-25/17 – Медицински потрошни материјал, упутили бисмо следећа питања/коментаре за партију бр. 18 – Активне електроде за апарат Forcetriad:

1. Став 1 - Да ли је за Наручиоца прихватљива активна електрода дужине кабла 4м?
2. Став 2 - Да ли је дошло до грешке тј. да ли је Наручилац код Neutralne „pacijent“ повратне електроде са **hidrogen gelom (PVP)** mislio на hidrogel (не постоји neutralna електрода са hidrogenom PVP)?

Одговор наручиоца гласи:

1-2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за став 1 и прописати распон димензије кабла. Такође за став два-реч је о техничкој грешци приликом припреме конкурсне документације и иста ће бити исправљена.



За комисију наручиоца

Здравствени центар „СТУДЕНИЦА“
улица Југ Богданова 110
36000 Краљево
Шифра делатности 8610
Матични број 07191219
ПИБ 101958225

Текући рачун
840-263661-83
840-263667-65

Секретарица: 381(036) 301 - 905
Факс: 381(036) 333 - 199

Комерцијална служба
Начелник: 381(036) 301 - 930
Јавне набавке: 381(036) 301 - 937