



Општа болница „Студеница“
Краљево

Број: 11-36/18-1

Датум: 20.12.2018.

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 19.12.2018. године електронским путем потенцијални понуђач је упутио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку 11-36/18:

Питања:

Detaljnom analizom konkursne dokumentacije JN 11-36/18 - nabavka nabavka RTG cevi na aoratu Shimadzu FlexaVision, uocili smo da su nam potrebne dodatne informacije i pojinjenja konkursne dokumentacije, pa Vas u skladu sa dlanom 63, stav 3, Zakona molimo za razja5njenje'

U Vasoj konkursnoj dokumentaciji, na strani 35 Prilog 13- Obrazac ponude sa strukturom cene i tehnickom specifikacijom navedena je замена RTG cevi na uređaju Shimadzu FlexaVision sa ukupnom cenom rezervnog dela.

Da li se pod ovim podrazumevazamenaostalih rezervnih delova (transistor 2 kom, spark killer 1 kom ifuse 1 kom) kao i vreme provecleno u radu za zamenu svih rezervnih delova (12 rd)?

Одговор наручиоца гласи:

Под набавком цеви се подразумевају и пратећи резервни делови као и рад сервисера за пуштање рентген апарата у рад.



За комисију наручиоца

Здравствени центар „СТУДЕНИЦА“
улица Југ Богданова 110
36000 Краљево
Шифра делатности 8610
Матични број 07191219
ПИБ 101958225

Текући рачун
840-263661-83
840-263667-65

Секретарица: 381(036) 301 - 905
Факс: 381(036) 333 - 199

Комерцијална служба
Начелник: 381(036) 301 - 930
Јавне набавке: 381(036) 301 - 937