



Општа болница „Студеница“
Краљево

Датум : 29.03.2018.
Број : 12-6/18-1

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Електронским путем потенцијални понуђач је упутио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 1293/28.03.2018.

Питање:

1. U partiji broj 5 naveli ste da kutije za medicinski otpad budu usklađene prema UN standardu. Molimo Vas za pojašnjenje da li to znači da kontejneri za medicinski otpad, odnosno kutije, moraju posedovati UN KOD, koji izdaje akreditovana laboratorija na osnovu ispitivanja samih kontejnera, a ne samo simbol UN standarda.

Одговор наручиоца гласи:

1. Наручилац није захтевао да кутије поседују UN KOD, већ да буду усклађене према UN стандарду што подразумева да буду водонепропусне, паропропусне и непробојне за оштре предмете, са патентираним поклопцем.



Комисија за јавну набавку