



Општа болница „Студеница“
Краљево

Датум : 27.02.2020.
Број : 12-4/20-2

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Електронским путем потенцијални понуђач је упутио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 728/26.02.2020.

Питања:

Molimo Vas da nam za Partiju 11 - Defibrilatori, EKG aparati i termokauteri kao i za Partiju 12 - Inkubatori i pacijent monitori, navedete tačno koji aparati su predmet servisa navedenih partija, odnosno od strane kojih proizvodjača su proizvedeni i koji su modeli aparata predmet servisa . Molimo Vas da iz partie broj 7 Ultrazvučni aparati, izdvojite u zasebnu partie Affiniti 50 PHILIPS, jer je potencijalni ponuđač jedini koji može pružiti usluge ovlašćenog servisa, tehničke podrške i ugradnje novih i originalnih rezervnih delova. Ukoliko usvojite naš zahtev i izdvojite AFFINITI 50 u zasebnu partie, molimo vas da za pomenutu partie izbacite obavezu испитивања elektrobezbednosti ultrazvučnog aparata i posedovanja etaloniranog namenskog mernog biomedicinskog uređaja u skladu sa IED 60601, sa ваžećim sertifikatom o kalibraciji , iz razloga što posedovanje istog nije obaveza u skladu sa proizvođačkim uputstvom za održavanje i servis ponuđenog aparata.

Одговор:

Обзиром да су апарати више година у нашој установи и не воде се по производијачима, Наручилац није у могућности да достави списак производијача опреме. Наручилац има сазнања да постоје универзални сервиси који могу сервисирати апарате различитих производијача обзиром да су им цене делова врло сличне. Заинтересовани понуђач може обићи наручиоца и извршити увид у постојећу опрему, уз претходну писану најаву.

Обзиром да апарат AFFINITI 50 није у гарантном року, Наручиоц има пуно право да набавља услуге сервисирања у складу са условима и елементом критеријума како је наведено а са циљем да има сервисиран и безбедан уређај, од стране сервиса и сервисера који брину о свим аспектима пословања , што дефинишу наведени стандарди.

Наручилац није тражио да апарат одржава овлашћени сервис од стране производијача опреме сматрајући да постоји више сервиса који могу испунити високе услове у погледу стандарда и опреме потребних за извршење предмета набавке. Корисник, у овом случају Наручилац, је одлучио да да могућност и другим сервисерима да учествују у поступку јавне набавке. Наручилац напомиње да се на ово одлучио и због ограничених финансијских средстава које су определене за ову јавну набавку, а овлашћени сервиси медицинске опреме имају јако високе цене радног сата и резервних делова.

Мерни уређаји за испитивање исправности наведене опреме, са издавањем писмених извештаја о параметрима испитивања је Наручиоцу врло битан доказ о исправности уређаја и испорученим параметрима уређаја, како би Наручиоц имао у својој техничкој документацији јасан доказ да је уређај заиста исправан.

