



Датум : 16.03.2020.  
Број : 12-4/20-3

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Електронским путем потенцијални понуђач је упутио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 696/24.02.2020.

Питања:

Molimo za pojašnjenja vezano za konkursnu dokumentaciju, kako sledi:

1. На strain 12 konkursne dokumentacije Naručilac navodi da je obaveza ponuđača da zamenjene delove popiše I preda naručiocu. Molimo Naručioca da razmotri mogućnost I u skladu sa tim izvrši I izmenu konkursne dokumentacije I kod obrazca ponude sa strukturom cene I tehničkom specifikacijom, te omogućiti da Ponuđač popuni tabelu sa dodatnom kolonom za cene iz REP režima, obzirom na obaveze firme Siemens da poštuje regulative EU u pogledu zaštite životne sredine.  
Naime kompanija Siemens reciklira i ponovo ugrađuje sve komponente i delove, gde za to postoji mogućnost, te u tom slučaju ukoliko Naručilac ima da vrati stari defektni deo a sa istim kataloškim brojem, radi se o cenama koje su niže od onih kada se ne vraća defektnio deo. Naručilac bi bio u mogućnosti da sam izabere u datoj situaciji da li će ili neće vraćati defektni deo i time koristiti nižu cenu pri pojedinačnoj kupovini.
2. На strani 12. navedeni su zahtevi u pogledu garantnog roka. Molimo Naručioca da se izjasni da li prihvata garanti rok od 6 meseci i za usluge?
3. Molimo Naručioca da izostavi zahtev da se uz račun prilaže specifikacija carinskih troškova i marže, jer se radi o poslovima unutrašnje trgovine između dva domaća pravna lica, te ponuđači nisu u obavezi da ove troškove iskazuju.
4. U modelu ugovora Okvirnog sporazuma, strana 31. Konkursne dokumentacije, član 6.4 Naručilac zahteva otklanjanje reklamacije u pogledu kvaliteta i ugovorene količine u roku od tri dana. Molimo Naručioca da ovaj rok produži na minimum 7 radnih dana (jer neke intervencije zahtevaju poručivanje rezervnih delova iz inostranstva).
5. Molimo naručioca da iz Partije 7 – Ultrazvučni aparati izdvoji aparate različitih proizvođača u zasebne partije.

Одговор наручиоца гласи:

1. Извршилац услуге може Наручиоцу да достави, после дијагностификовања квара а уколико постоји могућност уградње делова из РЕП режима, понуду са навођењем цене делова и сервисне услуге из реп режима са преузимањем замењених делова.
2. Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.
3. Конкурсном документацијом наручилац је захтевао спецификацију трошкова за она добра и услуге која нису обухваћена истом . Извршилац услуге је у обавези да у понуди исказе наведене трошкове а који се односе на радни сат, цене делова и сл.
4. Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Извршилац услуге је у обавези да писаним путем обавести Наручиоца из ког разлога се продужава рок.

5. Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Наручилац није у конкурсној документацији затражио да апарате одржава овлашћени сервис од стране произвођача опреме сматрајући да постоји више сервиса који могу испунити високе услове у погледу стандарда и опреме потребних за извршење предмета набавке. Наручилац напомиње да се на ово одлучио и због ограничених финансијских средстава које су опредељене за ову јавну набавку, а овлашћени сервис медицинске опреме имају јако високе цене радног сата и резервних делова.

