



Општа болница „Студеница“  
Краљево

Датум : 06.04.2020  
Број : 12-4-7/20-1

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 01.04.2020. године електронским путем потенцијални понуђач је упутио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 1119 од 01.04.2020

Питање:

Molimo Vas da nam odgovorite da li je za Partiju 47 – Elektrode za defibrilator SCHILLER FRED Easy, prihvatljivo da se dostavi:

Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva za **predmetno dobro** ili za **aparat** SCHILLER FRED Easy koji koristi tražene elektrode i u sklopu koga iste spadaju u osnovni pribor za rad aparata?

Pitanje 2:

Da bi medicinski aparati a posebno ističemo defibrilatori u potpunosti funkcionisali ispravno i u skladu sa preporukama proizvođača, neophodno je da koriste originalan i od strane proizvođača aparata sertifikovan pribor za rad.

Molimo Vas da nam odgovorite da li je za Partiju 47 – Elektrode za defibrilator SCHILLER FRED Easy, neophodno da ponuđači kao dokaz navedenog uz ponudu dostave:

Izjavu **proizvođača aparata** da su ponuđena dobra originalna i apsolutno kompatibilna sa aparatom za koji se nabavljaju?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА ГЛАСИ:

1. Наручилац ће прихватити решење АЛИМС за предметно добро
2. Наручилац ће прихватити она добра која су доказиво изјавом и каталогом компатабилна са апаратом за који се набављају електроде.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.



Комисија за јавне набавке