



Општа болница „Студеница“
Краљево

Датум : 06.03.2020
Број : 12-05/20-3

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 06.03.2020. године електронским путем потенцијални понуђачи су упутили наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 828 и 1338 од 28.02.2020

Питање:

Naručilac je dana 02.03.2020. objavio odgovor na pitanja broj: 12-05/20-2. U odgovoru na pitanje za partiju 76.- Лиčna зашtitna oprema za pripremu citostatika, stavka 1. - Zaštitini mantil za jednokratnu upotrebu, nesterilni..., naručilac je naveo da će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije. Ovim putem želimo da ukažemo na sledeće činjenice :

Tehnička specifikacija predstavlja minimalne tehničke karakteristike, a najvažnija tražena karakteristika za partiju 76. je zaštita od citotoksičnih lekova.

Standardi navedeni u pitanju potencijalnog ponuđača odnose se samo na zaštitu od hemikalija, ali ne i na zaštitu od citotoksičnih lekova:

- standard EN 14605:2005 odnosio se samo na hemikalije, a nije važeći jer ga je zamenio novi. (što se lako može proveriti)
- standard EN ISO 6529 odnosio se samo na hemikalije – tečnosti i gasovite supstance, a takođe nije više važeći jer ga je zamenio novi. (što se lako može proveriti)

Usklađenost sa standardima navedenim u pitanju potencijalnog ponuđača ne dokumentuje zaštitu od citotoksičnih lekova, jer se nijedan standard ne odnosi na zaštitu od citotoksičnih lekova sa kojima je rad svrstan u visok nivo rizika zbog toga što su kancerogeni, mutageni i teratogeni.

U skladu sa zahtevima aseptične pripreme citotoksičnih lekova potrebno je obezbediti zaštitu proizvoda, zaštitu osoblja, kao i zahtevane ambijentalne uslove koji su u skladu sa klasom prostora u kome se izvodi priprema.

Standardi koje je naručilac zahtevao tehničkom specifikacijom EN 347 i ASTM D 6978-05. (ili odgovarajući) su specifični za propustljivost materijala, odnosno zaštitu pri rukovanju citotoksičnim lekovima.

Stručne smernice i stručni vodiči preporučuju navedene standarde i primenu parametara za testiranje propustljivosti odela/mantila budući da nema određenih standarda specifičnih za odela. Testiranjem u skladu sa metodama ova standarda na tačno definisan način određen smernicama dobijaju se zahtevane karakteristike za upotrebu u aseptičnoj pripremi citotoksičnih lekova. **Testiranje je ispitivanje materijala tako da omogućava sigurnost u zaštiti kod rukovanja jako toksičnim lekovima – citotoksičnim lekovima koji su kancerogeni, mutageni i teratogeni.**

Na tržištu je poznato više proizvođača koji standarde zahtevane tehničkom specifikacijom koriste za testiranje materijala, jer je testiranje opisano u stručnoj literaturi.

Naravno da je u skladu sa zakonom moguće ponuditi i proizvode koji su testirani po drugim standardima, ali ti standardi moraju biti odgovarajući.

Nestručno je poređenje standarda za hemikalije sa standardima za citotoksične lekove koje je potencijani ponuđač naveo, jer su hemikalije i citotoksični lekovi grupe različitih rizika, gde citotoksični lekovi predstavljaju mnogo veći rizik.

Smatramo da naručilac ne treba da menja zahteve tehničke specifikacije kojima bi eliminisao kriterijume koji definišu zaštitu od citotoksičnih lekova za LZO koja je baš za to namenjena.

1. Naručilac je odredbom člana 8. Modela ugovora predviđao da „*U slučaju prekoračenja roka isporuke iz člana 2 stav 1 ovog Ugovora, Prodavac će biti uobavezi da za svaki dan zakašnjenja plati Kupcu na ime ugovorne kazne 0,5 % od iznosa ugovorene cene iz člana 1. ovog Ugovora, ali ne više od 5%.*“

Predlažemo da izvršite izmenu osnovice za obračun ugovorne kazne na način da ugovorna kazna iznosi „U slučaju prekoračenja roka isporuke iz člana 2 stav 1 ovog Ugovora, Prodavac će biti u obavezi da za svaki dan zakašnjenja plati Kupcu na ime ugovorne kazne 0.5% od vrednosti robe isporučene sa zakašnjnjem za svaki dan zakašnjenja, ali ne više od 5% vrednosti robe isporučene sa zakašnjnjem“.

Naime, imajući u vidu načelu savesnosti i poštenja Zakona o obligacionim odnosima smatramo definisanje ugovorne kazne na način kako ste predvideli spornim obzirom da je kažnjavanje Prodavca i za deo robe koji je po porudžbini savesno isporučio u svemu suprotno načelu savesnosti i poštenja pomenutog Zakona.

Одговор наручилоца гласи:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на основу оба пристигла питања.

1. Наручилац ће уважити примедбу понуђача и извршити измену конкурсне документације.
2. После захтева потенцијалног понуђача стручна комисија је још једном извршила консултације и дошла до закључка да је потенцијални понуђач правилно указао на стандарде које треба применити лична заштитна средства за припрему цитостатика. Такође, наручилац је извршио увид у документације Клиничког центра Србије који је такође тражио више стандарде за лична заштитна средства за припрему цитостатика. Дакле, комисија ће уважити примедбу потенцијалног понуђача и неће мењати првобитно постављене стандарде у конкурсној документацији, а све у циљу квалитетније заштите запослених.



Комисија за јавне набавке