



Општа болница „Студеница“
Краљево

Датум : 02.03.2020
Број : 12-05-20-3

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 06.03.2020. године електронским путем потенцијални понуђачи су упутили наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 850 и 851 од 06.03.2020

Питање:

Поштовани

Kod partije br 39 sredstva za dezinfekciju ruku , navodite opis proizvoda I tražite standard EN 1500 (Tehnoloski fakultet Beograd)

Molimo da razlajnite u cemu se radi, da li tražite navedeni standard koji se odnosi na higijensku dezinfekciju ruku I ako je tako , onda izbacite Tehnološki fakultet u Beogradu , jer on nije akreditovan za takve vrste testiranja niti može obaviti takva testiranja, pa to korigujte ili da tražite od ovlašćene laboratorija testiranje ili iz zahteva izbacite traženje standard EN 1500, jer nema nikakvu svrhu ako Vam se dostavi traženo testiranje a da nije radeno u akreditovanoj insticiji

Pitanje:

Partija 53; stavke 2 – 6

Budući da ste specifikacijom u partiji 53 – NESTERILNI ZAVOJNI MATERIJAL tražili kaliko zavoje sa utkanim rubom i rasporedom niti tkanja 12+12, što znači da ste tražili ukupnu gustinu tkanja zavoja **24 niti/cm²**, pitamo da li su prihvatljivi kaliko zavoji sa utkanim rubom, rasporedom niti tkanja 14+10 što daje ukupnu gustinu tkanja **24 niti/cm²** kako je traženo konkursnom dokumentacijom i deklarisano zvaničnom farmakopejom po PhJug IV, odnosno da li ce naša ponuda biti odbijena ako ponudimo kaliko zavoje sa obostrano utkanim ivicama gustine tkanja 24 niti/cm² izrađene po standardu PH JUG IV?

Farmakopeja postavlja egzaktne zahteve koji i služe da bi se poštovali i bili garant stepena granice kvaliteta kojom se garantuje sigurnost previjanja za šta je proizvod i namenjen. Takođe naglašavamo da preko našeg zvaničnog distributera trenutno snabdevamo Opštu bolnicu Studenica kaliko zavojima sa utkanim rubom, rasporedom niti tkanja 14+10 po PhJug IV.

Одговор наручиоца гласи:

1. Наручилац је тражио стандард EN 1500. Прихватиће понуде које у себи буду садржали доказ било које лабораторије која је сертификована по стандарду који је наведен. Обавеза понуђача је да достави доказ о сертификацији лабораторије.

2. Наручилац је за априју 53 за ставке од 2 до 6 тражио: Zavoj kaliko , gustina tkanja 24 niti/cm², raspodele niti 12+12 sa 48 petlji na 1 cm², finoća prede 50/1Nm, pleteni...Из вишегодишњег искуства наручилац је стекао сазнања да плетени завоји 12+12 нити боље држе, мање се истежу и садрже много мање „прашине“ у паковању.Дакле, наручилац је припремио конкурсну документацију да би обезбедио завојни материјал који ће пружити најбоље перформансе у раду. Фармакопеја на коју се потенцијални понуђач позива је из 2000. године, а нове технологије су донеле и нове материјале који нису били познати приликом израде последње фармакопеје.

