



Општа болница „Студеница“  
Краљево

Датум : 02.03.2020  
Број : 12-05/20-2

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на постављена питања

Дана 28.02.2020. године електронским путем потенцијални понуђачи су упутили наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 732 и 758 од 28.02.2020

**Питање:**

Za stavku 1 iz partije br. 76- zaštitni mantil za jednokratnu upotrebu, nesterilan, zahtevate da je testiran u skladu sa EN 374 ( ili odgovarajuće) i ASTM D6978-05 ( ili odgovarajući ).

S obzirom da se ovi EN standardi odnose na zaštitne rukavice, da li je prihvatljivo ponuditi adekvatne mantile sa zahtevanim karakteristikama iz tenderske dokumentacije s tim da se umesto gore navedena dva standarda dostavi mantil testiran u skladu sa EN 14605: 2005+A1:2009 ( zaštitna odeća koja štiti od tečnih hemikalija ) i EN ISO 6529:2001?

За партију бр. 89. ЈН 12-5/20

Тражене су игле за пиштољ :” Pro Mag ultra 2.2”

Молимо појашњење, као што се може видети на сајту произвођача, пиштољ “Pro Mag Ultra” има дубину убода од 2.5.

Како би као потенцијални понуђачи били у стању да понудимо исправни модел игле, молим Вас за појашњење за који тачно модел пиштоља се у партији 89. набављају компатибилне игле.

**Одговор наручиоца гласи:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на основу оба пристигла питања.



Комисија за јавне набавке