



Општа болница „Студеница“
Краљево

Датум : 24.04.2020.
Број : 12-7/20-5

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Електронским путем потенцијални понуђачи су упутили наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 1254/21.04.2020. и 1270/22.04.2020. год.

Питања:

1. Molimo Vas za pojašnjenje:

Partija 16 – Potrošni materijal za aparat Sterad NX II:

Stavka 5- Biološki indikator: Molimo Vas da precizirate tačno vreme očitavanja rezultata biološkog indikatora: 30 min, 2h, 4h, 8h, 12h, 24h, 48h.

2. Pitanje vezano za Javnu nabavu 12-7/20,partija 5 : Tračice za aparat FREE STYLE PRECISION NEO

Partija 6:Tračice za određivanje šećera u krvi za aparat
ACHU CHECK.

Zašto isključivo potražujete ove trake za merenje šećera u krvi ?

Ako je odgovor da imate već njihove aparate ,da li možemo ponuditi cenu tračica i donirati adekvatan broj aparata drugog proizvođača?

Одговор наручиоца гласи:

1. Време очитавања биолошког индикатора је 24 часа.
2. Наручилац је партије формирао према апаратима који се користе у установи и налазе код пацијената. Свака деоба апарата у овом тренутку је неизводљива због ограниченог кретања пацијената.



Комисија за јавну набавку